

## 日本郵便株式会社 計量管理業務 年次報告(総括表)

郵便局等における計量管理業務の結果を下記のとおり報告します。

団体名 一般社団法人 東京都計量協会

代表者 会長 清宮 貞雄

1. 検査年月日 28年4月14日 ~ 29年2月24日
2. 計量士 中山憲一 ほか 4名

## 3. 計量法第19条第2項による検査成績

- (1) 検査実施数 769 事業所 うち不合格数 12 事業所

## (2) 検査成績(窓口用ばかり) (単位:個)

計量器の種類	合格	不合格(理由別)		計
		器差	構造	
電気抵抗線式	1274	0	0	1274
誘電式	0	0	0	0
ばね式	0	0	0	0
その他	0	0	0	0
合計	1274	0	0	1274

## (3) 検査成績(集荷用ばかり) (単位:個)

計量器の種類	合格	不合格(理由別)		計
		器差	構造	
電気抵抗線式	592	5	41	638
誘電式	1	0	0	1
ばね式	10	0	0	10
合計	603	5	41	649

## 4. 自主検査用分銅の校正成績

- (1) 校正実施数 事業所 簡易局SMG 名

## (2) 校正成績 (単位:個)

種類	校正結果		計	不適合品の措置内訳	
	適合	不適合		調整後適合	廃棄
7.5kg	2452	4	2456	3	1
その他個別分銅	88	0	88	0	0
合計	2540	4	2544		

- (3) 校正方法 1 : 1. 現地校正 2. 集合方式

2. の場合の主な校正場所

## 5. 計量管理指導

## (1) 実施した事業所及び簡易局SMGの合計

訪問事業所数(A)	簡易局SMG数(B)	うち指導対象外の数(C)	指導数(D) = (A)+(B)-(C)
763	6	13	756

## (2) チェック項目のまとめ(事業所数)

項目	適切	改善指導	合計
① 主任の任命・引継ぎ等の状況	756	0	756
② 自主検査の実施状況	564	192	756
③ 自主検査成績表の記載・保管	564	192	756
④ はかりの設置・水平・零点	756	0	756
⑤ 自主検査用分銅の保管状況	756	0	756
⑥ その他			

## (3) 主な指導事項

自主検査検査漏れがあり指導しました。

自主検査成績表の記入漏れがあり指導しました。