

平成28年度 計量器検査の実績 (代検査等)

法定検査	総台数		ばね式指示はかり	手動指示併用はかり	等比皿手動はかり	台手動はかり	皿手動はかり	電気抵抗線式はかり			手動天びん	直示天びん	他の機械式はかり		分銅	おもり
	検査台数	13042														
	合格台数	12716	合格台数	5297	97	17	54	38	6308	0	0	1	587	317		
	不適合台数	326	不適合台数	155	0	0	16	2	147	0	0	0	0	6		
	不適合率	2.50%	不適合率	2.84%	0.00%	0.00%	22.86%	5.00%	2.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.86%		

適正計量管理事業所	総台数		ばね式指示はかり	手動指示併用はかり	等比皿手動はかり	台手動はかり	皿手動はかり	電気抵抗線式はかり			手動天びん	直示天びん	他の機械式はかり		分銅	おもり
	検査台数	1384														
	合格台数	1362	合格台数	431	0 <td>0 <td>0 <td>0 <td>931</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </td></td></td>	0 <td>0 <td>0 <td>931</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </td></td>	0 <td>0 <td>931</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </td>	0 <td>931</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	931	0	0	0	0	0		
	不適合台数	22	不適合台数	5	0 <td>0 <td>0 <td>0 <td>17</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </td></td></td>	0 <td>0 <td>0 <td>17</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </td></td>	0 <td>0 <td>17</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </td>	0 <td>17</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	17	0	0	0	0	0		
	不適合率	1.59%	不適合率	1.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		

自主検査	総台数		ばね式指示はかり	手動指示併用はかり	等比皿手動はかり	台手動はかり	皿手動はかり	電気抵抗線式はかり			手動天びん	直示天びん	他の機械式はかり		分銅	おもり
	検査台数	7366														
	合格(適正)台数	7049	合格台数	594	5 <td>2 <td>4 <td>30 <td>3220</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>87 <td>81</td> </td></td></td></td>	2 <td>4 <td>30 <td>3220</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>87 <td>81</td> </td></td></td>	4 <td>30 <td>3220</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>87 <td>81</td> </td></td>	30 <td>3220</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>87 <td>81</td> </td>	3220	0	0	0	87 <td>81</td>	81		
	不適合(正)台数	317	不適合台数	8	0 <td>0 <td>0 <td>4 <td>85</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0 <td>1</td> </td></td></td></td>	0 <td>0 <td>4 <td>85</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0 <td>1</td> </td></td></td>	0 <td>4 <td>85</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0 <td>1</td> </td></td>	4 <td>85</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0 <td>1</td> </td>	85	0	0	0	0 <td>1</td>	1		
	不適合(正)率	4.30%	不適合率	1.33%	0.00%	0.00%	0.00%	11.76%	2.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.22%		

	ヘルスマーター	キッチンスケール	ベビースケール	レタースケール	水銀式血圧計	アネロイド型血圧計
検査台数	1364	1087	251	19	59	465
適正台数	1268	977	244	17	59	461
不適正台数	96	110	7	2	0	4
不適正率	7.04%	10.12%	2.79%	10.53%	0.00%	0.86%

計量管理受託業務を実施した計量士の氏名

小林理生、岩瀬広和、坂井秀人、中山憲一、竹添雅雄
担当計量職員等 古橋幸二、斎藤尚貴